

	T.C. ERCIYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	Doküman No	SDS.TL.18
		Yayın Tarihi	21.03.2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

ARAŞTIRMA LABORATUVARI TEMİZLİK TALİMATI

1. Amaç

Bu talimatname, Araştırma Laboratuvarının hijyenik koşullarda tutulmasını sağlamak, hasta güvenliğini korumak amacıyla temizlik işlemlerinin nasıl yürütüleceğini belirlemek için hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu talimat, Araştırma Laboratuvarında görev yapan temizlik personeli, laboratuvar teknisyeni ve ilgili diğer personeli kapsar.

3. Genel Kurallar

- Temizlik işlemleri yüzeylere ve cihazlara zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
- Temizlik işlemleri temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
- Temizlik işlemi cihazların çalışmadığı zamanlarda gerçekleştirilmelidir.
- Temizlik sırasında koruyucu ekipman (eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.
- Temizlik işleminde kullanılan malzemeler farklı alanların temizliğinde kullanılmamalıdır.
- Temizlik işlemlerinde çamaşır suyu (1/10'lük ölçülerinde) kullanılır.
- Kontroller sırasında herhangi bir arıza, uygunsuzluk vb. ile karşılaşılması durumunda denetim formuna işlenecek ve kalite birimine, arızalar teknik servise ve idareye derhal haber verilecektir.
- Temizlenecek olan bölüm/malzeme hasta vücut sıvısı ile kirlenmiş ise, temizliğe ek olarak 1/10'luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilecektir.
- Atıklar, tıbbi atık ve genel atık olarak ayrı toplanmalı ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

4. Temizlik Süreci

- Laboratuvar Cihazları** : Dezenfektanlı bez ile her testten sonra detaylıca silinir. Cihazların dış yüzeyleri hafif nemli mikro fiber bez ile haftada en az 1 defa temizlenmelidir.
- Zemin Temizliği** : Nemli mop ile günde en az 1 defa ve gerektiğinde temizlenmelidir (toz kaldıracak kuru süpürme yapılmamalıdır).
- Pencereler** : 3 ayda en az 1 defa ve gerektiğinde camlar çizilmeyecek ve leke bırakmayacak şekilde cam temizleyicilerle temizlenmeli, pencere çerçeve ve pervazları nemli bezle silinmeli.
- Masalar, Dolaplar ve Diğer Mobilyalar** : Günde en az 1 kez ve gerektiğinde deterjanlı su ile silinir.
- Kapılar, Kapı Kolları, Elektrik Düğmeleri** : Bu gibi sık dokunulan yüzeyler dezenfektanlı bez ile günde en az 1 defa ve gerektiğinde alkollü dezenfektan ile temizlenmelidir.
- Bilgisayar ve Çevre Bileşenleri** : Haftada en az 1 defa ve gerektiğinde dezenfektanlı bez ile veya gerektiğinde alkol ile temizlenir.
- Çöplerin Toplanması** : Çöp kovaları günde en az 1 defa ve dolduğunda poşeti ile birlikte toplanarak atık yönetim talimatına uygun bir şekilde atık depolarına götürülür.
- Çöp Kovalarının Temizliği** : Çöp kovaları haftada en az 1 defa ve gerektiğinde içi ve dışı çamaşır suyu sıkılıktan sonra 5 dakika bekletilir, sonrasında su ile yıkandıktan sonra kağıt havlu ile kurulanır.
- Duvarlar** : Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olması durumunda derhal dezenfekte edilmeli. 3 ayda en az 1 defa nemli mikro fiber bez veya mop ve deterjan bazlı solüsyonlar kullanılarak silinmelidir.
- Tavanlar ve Işık Panelleri** : 3 ayda en az 1 defa ve gerektiğinde tozdan arındırılmalıdır.
- Kaloriferler** : 3 ayda en az 1 defa ve gerektiğinde deterjanlı su ile silinir.

Temizlik çizelgesi her temizlikten sonra eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

5. Sorumluluklar

- Temizlik personeli, bu talimatlara uygun olarak işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.
- Laboratuvar personelleri, cihazların doğru şekilde temizlenmesini sağlamak için yönlendirme yapmalıdır.
- Denetim, hastane yönetimi veya ilgili birimler tarafından periyodik olarak yapılmalıdır.

Bu talimatname, Sağlık Bakanlığı ve ilgili hijyen yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış olup, belirli periyotlarla güncellenir.

6. İlgili Dokümanlar

- Araştırma Laboratuvarı Aylık Temizlik Takip Ve Denetim Formu (SDS.FR.18)