

| | | | |
|---|--|------------------------|------------|
|  | T.C. ERCIYES ÜNİVERSİTESİ DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ | Doküman No | SDS.TL.19 |
| | | Yayın Tarihi | 21.03.2025 |
| | | Revizyon No | - |
| | | Revizyon Tarihi | - |
| | | Sayfa No | 1/1 |

ASANSÖR MAKİNE DAİRESİ TEMİZLİK TALİMATI

1. Amaç

Bu talimatname, asansör makine dairesi hijyenik koşullarda tutulmasını sağlamak, öğrenci, öğretim elemanı ve çalışan güvenliğini korumak amacıyla temizlik işlemlerinin nasıl yürütüleceğini belirlemek için hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu talimat, asansör makine dairesinde görev yapan temizlik personeli ve ilgili diğer personeli kapsar.

3. Genel Kurallar

- Temizlik işlemleri yüzeylere ve cihazlara zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
- Temizlik işlemleri temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
- Temizlik işlemi cihazların çalışmadığı zamanlarda gerçekleştirilmelidir.
- Temizlik sırasında koruyucu ekipman (eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.
- Temizlik işleminde kullanılan malzemeler farklı alanların temizliğinde kullanılmamalıdır.
- Temizlik işlemlerinde çamaşır suyu (1/10'lük ölçülerinde) kullanılır.
- Kontroller sırasında herhangi bir arıza, uygunsuzluk vb. ile karşılaşılması durumunda denetim formuna işlenecek ve kalite birimine, arızalar teknik servise ve idareye derhal haber verilecektir.
- Temizlenecek olan bölüm/malzeme hasta vücut sıvısı ile kirlenmiş ise, temizliğe ek olarak 1/10'luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilecektir.
- Atıklar, tıbbi atık ve genel atık olarak ayrı toplanmalı ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

4. Temizlik Süreci

- Zemin Temizliği** : Nemli mop ile ayda en az 1 defa ve gerektiğinde temizlenmelidir (toz kaldıracak kuru süpürme yapılmamalıdır).
- Kapılar, Kapı Kolları, Elektrik Düğmeleri** : Bu gibi sık dokunulan yüzeyler dezenfektanlı bez ile ayda en az 1 defa ve gerektiğinde alkollü dezenfektan ile temizlenmelidir.
- Tavanlar ve Işık Panelleri** : 6 ayda en az 1 defa ve gerektiğinde tozdan arındırılmalıdır.
- Duvarlar** : 6 ayda en az 1 defa nemli mikrofiber bez veya mop ve deterjan bazlı solüsyonlar kullanılarak silinmelidir. Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olması durumunda derhal dezenfekte edilmeli.

Temizlik çizelgesi her temizlikten sonra eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

5. Sorumluluklar

- Temizlik personeli, bu talimatlara uygun olarak işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.
- Teknik servis personeli, odanın ve ortam içerisindeki eşyaların doğru şekilde temizlenmesini sağlamak için yönlendirme yapmalıdır.
- Denetim, hastane yönetimi veya ilgili birimler tarafından periyodik olarak yapılmalıdır.

Bu talimatname, Sağlık Bakanlığı ve ilgili hijyen yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış olup, belirli periyotlarla güncellenir.

6. İlgili Dökümanlar

- Asansör Makine Dairesi Aylık Temizlik Takip Ve Denetim Formu (SDS.FR.19)